

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 2
Godkendt	Checkskema for teleskopmålestokke og målebånd.	Bilag 8v.1

Produktionsgruppe Østerport						
Teleskopmålestok nr	Afvigelse 1	Afvigelse 2	Afvigelse 3	Kontrolstatus	Dato	Kontrolmåling udført af
Goc Kk 1995	3mm	-	-	OK	05.01.1995	HOH
Goc Kk 1995	0,5mm/50cm	1mm/1m	2mm/m	OK	11.11.1995	HOH
Goc Kk 1995	1mm/185cm	-	-	OK	18.04.1996	THa
Goc Kk 1995	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	11.03.1997	HOH, THa
Goc Kk 1995	0,1mm/3m	-	-	OK	15.10.1997	THa
Goc Kk 1995	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	19.11.1998	KÅ, CW
Goc Kk 1995	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	10.09.1999	THa

Produktionsgruppe Østerport						
Målebånd nr	Afvigelse 1	Afvigelse 2	Afvigelse 3	Kontrolstatus	Dato	Kontrolmåling udført af
Østerport målebånd bortkommet i december 1995. Et nyt målebånd er bestilt				-	18.04.1996	THa
Rf 002	Målebånd afviger ikke			OK	18.04.1997	MA, THa
Rf 002	Målebånd afviger ikke			OK	19.11.1998	KÅ, CW
Rf 002	Målebånd bortkommet siden sidste måling				10.09.1999	THa

Filnavn

Error! Unknown switch argument.

31-10-14

Rettelsesblad side:



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 2
Godkendt	Checkskema for teleskopmålestokke og målebånd.	Bilag 8v.1

Transitcenter Padborg						
Teleskopmålestok nr	Afvigelse 1	Afvigelse 2	Afvigelse 3	Kontrolstatus	Dato	Kontrolmåling udført af
Rødby	-	-	-	OK	03.01.1995	HOH
Goc Rf 01T	1mm/150cm	-	-	OK	15.04.1996	HOH, THa
Goc Rf 01T	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	18.02.1997	MA, THa
Goc Rf 01T	0,5mm/3m	-	-	OK	11.11.1997	THa
Goc Rf 01T	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	25.11.1998	PH, CW
Goc Rf 01T	Målt i forhold til Kvalitetskoordinators målebånd			OK	21.09.1999	THA, PH

Transitcenter Padborg						
Målebånd nr	Afvigelse 1	Afvigelse 2	Afvigelse 3	Kontrolstatus	Dato	Kontrolmåling udført af
Rf 01	1mm/50cm	1mm/1m	1mm/3m	OK	13.11.1995	HOH
Rf 02	1mm/1m	1mm/1,5m	1mm/3m	OK	13.11.1995	HOH
Rf 01	1mm/150cm	-	-	OK	15.04.1996	HOH, THa
Rf 02	1mm/150cm	-	-	OK	15.04.1996	HOH, THa
Rf 01	Afviger ikke			OK	18.04.1997	MA, THa
Rf 01	Afviger ikke			OK	11.11.1997	THa
Rf 01	Afviger ikke			OK	25.11.1998	PH, CW
Rf 01	Afviger ikke			Ok	21.09.1999	THA, PH

Målebånd nævnt i procedure 8v. punkt 1.
Følgende er gældende: Kun målebånd med benævnelsen Stanley 30-853 mærket THa må anvendes til overførselsmåling af teleskopmålestok og målebånd.

